

เลขที่ 2-55

คุณลักษณะเฉพาะ รพ.ตต. อุบุมติ ลงวันที่ 28 มี.ค.2555
เครื่องล้างอุปกรณ์การแพทย์ระบบแรงดันไอน้ำ

๑. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับการฉีดล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ประเภท ห่อ หรือ รู ขนาดเล็กๆ โดยใช้ระบบแรงดันไอน้ำ

๒. ลักษณะทั่วไป

๒.๑ เป็นเครื่องล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยแรงดันไอน้ำ

๒.๒ ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮซิทซ์

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ ตัวเครื่องทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม(Stainless steel) เกรด ๓๐๔

พ.จ. ๗.๗

๓.๒ ขนาดของตัวเครื่อง (กว้างxยาวxสูง)ไม่น้อยกว่า ๓๕๐x๒๖๐x๓๐๐ มิลลิเมตร

๓.๓ มีระบบการทำความสะอาด ๒ ระบบ

๓.๓.๑ ระบบพ่นทำความสะอาดด้วยระบบแรงดันไอน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๘ บาร์ ความร้อนไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ องศาเซลเซียส

๓.๓.๒ ระบบเป่าทำความสะอาดด้วยแรงลมความดันไม่น้อยกว่า ๖ บาร์

๓.๔ มีมาตรฐานแสดงการทำงานอยู่ที่ด้านหน้าของตัวเครื่อง

๓.๕ ขนาดความจุของแท็งค์ทำความสะอาดร้อนภายในเครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๔.๕ ลิตร

๓.๖ มีหัวฉีดพร้อมระบบไอน้ำและลมอยู่ในหัวฉีดเดียวกันสลับการใช้งานได้ง่าย

๓.๗ มีหัวต่อทำด้วย Stainless steel หรือ Aluminium สามารถต่อแรงดันและความร้อนสูงได้ และสามารถต่อเข้ากับหัวต่อ(Adapter) ได้ไม่น้อยกว่า ๕ รูปแบบ เพื่อใช้กับการล้างเครื่องมือที่มีรูเล็กๆ ได้

๓.๘ ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ หรือ CE Mark

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อุปกรณ์

๔.๑ ห้องสำหรับล้าง ความกว้าง ๔๙.๕ เซนติเมตร	จำนวน	๑	ชิ้น
๔.๒ ห้องสำหรับล้าง ความกว้าง ๒๐ เซนติเมตร	จำนวน	๑	ชิ้น
๔.๓ ห้องสำหรับล้าง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ มิลลิเมตร ชนิดตรง จำนวน	๑	ชิ้น	
๔.๔ ห้องสำหรับล้าง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ มิลลิเมตร ชนิดโค้ง จำนวน	๑	ชิ้น	
๔.๕ หัวล้างสายยาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ มิลลิเมตร จำนวน	๑	ชิ้น	
๔.๖ หัวล้างสายยาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ มิลลิเมตร จำนวน	๑	ชิ้น	
๔.๗ หัวต่อห้องน้ำต่างๆ	จำนวน	๑	ชุด
๔.๘ คีมสำหรับจับห่อ	จำนวน	๑	ชิ้น
๔.๙ คู่มือการใช้งานและข้อมูลรักษาที่เป็นภาษาไทยและอังกฤษ อย่างละเอียด	จำนวน	๑	ชุด

พ.ต.อ.หญิง ประ찬กรรมการ พ.ต.ท.หญิง กรรมการ พ.ต.ท.หญิง กรรมการ

เลขที่ ๒-๕๕

๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจพินิจความเรียบร้อย ตามข้อ ๒, ๓ และ ๔

ว.พ.ต.ร. อุบมิติ ลงวันที่ 28 มี.ค.2555

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

๖.๑ ผู้ขายต้องประกันคุณภาพ พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องมีอุปกรณ์รับรองบริการตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๖.๒ ในระยะเวลาประกันถ้าเครื่องมีปัญหาผู้ขายจะต้องรับดำเนินการแก้ไขให้ใช้การได้ดี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๖.๓ ผู้ขายต้องแนะนำการใช้และการแก้ไขเบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่ราชการจนสามารถปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน ระยะเวลาในการอบรม ๕ วัน

พ.ก.๓.๓.



พ.ต.อ.หญิง.
(ศรีสุรังค์ แสงแก้ว)

พยาบาล (สบ ๕) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ต.ร.

เห็นชอบ

พ.ต.อ.หญิง.

(สุรณา ชาลีสุภารัตน์)

พยาบาล (สบ ๕) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ต.ร.

หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล

พ.ต.ท.หญิง.
(งามสิน วนิชพงษ์พันธุ์)

พยาบาล (สบ ๓) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ต.ร.

พ.ต.ท.หญิง.

(ณัชรินี ศรีหารณ์)

พยาบาล (สบ ๓) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ต.ร.

ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะ โรงพยาบาลตำรวจ
ได้มีมติเห็นชอบความคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่เสนอในคราวประชุม

ครั้งที่ 2/2555

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2555

พ.ส.ต.ต.

(ชูตดา พงษ์สวัสดิ์)

พมก.อ ก.รพ.ต.ร./กรรมการและเลขานุการฯ