

เลขที่ ๒๔๕๕ หน้าที่ ๑ ใน ๒ หน้า

คุณลักษณะเฉพาะ รายการ อนุมัติ ลงวันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๕

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด


1. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

2. ลักษณะทั่วไป

- 2.1. เป็นเครื่องขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ไม่เกิน 400 กรัม
- 2.2. เป็นเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจรของผู้ป่วย
- 2.3. ใช้กับแบตเตอรี่ ALKALINE

พ.ศ.๒๕๕๕



3. คุณลักษณะทางวิชาการ

- 3.1. วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดได้ระหว่าง ๐ ถึง 100 เมอร์เซ่นต์ หรือมากกว่า
- 3.2. วัดค่าได้เที่ยงตรงในกรณีผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหว (MOTION) หรือนิการไหลดเวียนของเลือดสูญเสียเฉื่อยต่ำ (LOW PERFUSION)
- 3.3. คำว่าความผิดพลาดของการวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนระหว่าง ๗๐ ถึง ๑๐๐ เมอร์เซ่นต์ ไม่เกิน ± ๒ เมอร์เซ่นต์
- 3.4. วัดชีพจรได้ตั้งแต่ ๒๐ ถึง ๓๐๐ ครั้งต่อนาที หรือกว่า
- 3.5. เก็บข้อมูลการวัดได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๗๒ ชั่วโมงหรือ ไม่น้อยกว่า ๙๙ คน
- 3.6. ภาคแสดงผลของความเข้มข้นของออกซิเจนเป็นตัวเลข ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐.๕๐ มิลลิเมตร
- 3.7. ภาคแสดงผลของชีพจรเป็นตัวเลขขนาดไม่ต่ำกว่า ๗.๕๐ มิลลิเมตร
- 3.8. มีจอภาพแสดงค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนและอัตราการเต้นของชีพจร ชนิด 9-segment red LED
- 3.9. ความแรงของสัญญาณเป็นแบบ BAR GRAPH
- 3.10. สามารถปรับตั้งการเตือนค่าที่ตรวจวัดผิดปกติและมีสัญญาณเตือน
- 3.11. ผ่านมาตรฐานการรับรองคุณภาพ โดยระบบ IEC หรือเทียบเท่า

พ.ต.อ. หญิง..... ประธานกรรมการ พ.ต.อ. หญิง..... กรรมการ
พ.ต.อ. หญิง..... กรรมการ
(อธิบาย รุ่งอุทัย) (เบญจารัตน์ ทนต์ประเสริฐเวช) (นวรัตน์ ศรีรัตน์พชร)

พ.ก.ท. 1 วิช 2 หน้า
เลขที่ 21-55

4. ตัวนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

- 4.1. FINGER PROBE 1 ชุด
- 4.2. ALKALINE BATTERY 4 ก้อน
- 4.3. กระเบื้องรัฐ徽章 1 ใบ
- 4.4. หนังสือคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ชุด

พ.บร. อุบลราช ลงวันที่ 1 ก.ค. 2

5. การทดสอบและผล

- 5.1 ตรวจพินิจความเรียบร้อย ตามข้อ 2., 3. และ 4. ให้ถูกต้องโดยทั่วไป ตามที่แสดงในตราประทับที่แนบมา ที่เสนอในคราวประชุม
- 5.2 ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี

ตราที่ 5/2555 วันที่ 1 ก.ค. 2555

พ.ศ.๒๕๕๕

6. ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพพร้อมทั้งประกันความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
โดยจะต้องมีอะไหล่พร้อมไว้ให้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

พ.ต.ท. หญิง

(อัษฎา รุ่งอรุทัย)

พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

พ.ต.ท. หญิง

2/02/23

(เบญจารัตน์ ทนต์ประเสริฐเวช)

พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

พ.ต.ท. หญิง


น.ร. พ.

(นวารัตน์ ศรีรัตน์เพชร)

พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

เห็นชอบ

พ.ต.อ.



(นายศักดิ์ ภูวัฒน์เรียม)

นพ.(สบ ๕) หน.กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร.