

หน้าที่ 1 ใน 2 หน้า

คุณลักษณะเฉพาะ

อุปกรณ์ป้องกันหลอดเลือดดำลึกอุดตัน

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นอุปกรณ์ป้องกันการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำลึก (Deep Vein Thrombosis) โดยการปั๊มลมเข้าและออกผ่านปลอกหุ้ม (Intermittent Pneumatic Compression)

2. สัญญาณทั่วไป

- 2.1 เครื่องปั๊ม จำนวน 1 เครื่อง
- 2.2 ปลอกหุ้มขา จำนวน 3 แบบ

3. คุณลักษณะทางวิชาการ

- 3.1. เครื่องปั๊ม จำนวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้
 - 3.1.1 เพิ่มความเร็วเดือดในหลอดเลือดดำลึกจากส่วนปลายไปส่วนต้น
 - 3.1.2 เครื่องสามารถใช้กับไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์ หรือแหล่งจ่ายไฟสำรอง (Battery)
 - 3.1.3 น้ำหนักเครื่องไม่เกิน 4.2 กิโลกรัม (9.3 ปอนด์)
 - 3.1.4 มีสัญญาณเตือนและจอแสดงผลแบบ LED หรือแบบ LCD เมื่อเครื่องทำงาน
- 3.1.5 ใน 1 รอบ/นาที อุปกรณ์สามารถปั๊มลมเข้าสู่ปลอกหุ้มไม่นานกว่า 6 วินาที และปล่อยลมออกไม่นานกว่า 54 วินาที
- 3.1.6 ขณะปั๊มลมเข้า ความดันในปลอกหุ้มส่วนปลายต้องไม่น้อยกว่า 52 มิลลิเมตรปอร์ท $\pm 15\%$ หรือดีกว่า และความดันในปลอกหุ้มส่วนต้นไม่เกิน 68 มิลลิเมตรปอร์ท $\pm 15\%$ หรือดีกว่า
- 3.1.7 เครื่องสามารถใช้กับปลอกหุ้มแบบซ้ายเดียวและสองข้างได้
- 3.2 ปลอกหุ้มขา จำนวน 3 แบบ ดังนี้
 - 3.2.1 ปลอกหุ้ม สำหรับขา (Disposable Thigh Cuff) จำนวน 1 ชุด
 - 3.2.2 ปลอกหุ้ม สำหรับน่อง (Disposable Calf Cuff) จำนวน 1 ชุด
 - 3.2.3 ปลอกหุ้ม สำหรับเท้า (Disposable Foot Cuff) จำนวน 1 ชุด
- 3.3 ยางจากไนท์ไรด์ และไม่มีส่วนประกอบของยาง (Latex Free) เพื่อลดการแพ้ระคายเคือง



พ.ศ. ๒๕๕๕

พ.ต.อ. ประธานกรรมการ พ.ต.ท. กรรมการ พ.ต.ต. กรรมการ

(พีระชัย คำรงค์วานิช)

(คงชัย ธีระบรรยายน์)

(พีรพงษ์ ปิยพิทิยานันต์)

เลขที่ 36-55

ดพ.ต.ร. อนุมติ ลงวันที่ 31 พ.ค. 2555

หน้าที่ 2 ใน 2 หน้า

4. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่นๆ

4.1 ห้องน้ำอาคำจากเครื่องเข้าสู่ปลอกหุ้มขา 1 เส้น

4.2 หนังสือคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ชุด


5. การทดสอบและผล

5.1 ตรวจพิจารณาความเรียบร้อยตามข้อ 2, 3 และ 4

5.2 ทำการทดสอบบนสามารถใช้งานได้ดี

6. ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพพร้อมทั้งประกันความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติ เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องมีอะไหล่พร้อมไว้ให้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี



พ.ต.อ.

(พีระชัย คำรงค์วานิช)

นพ.(สบ 5) กลุ่มงานอธิบดีพิเศษ รพ.ต.ร.

พ.ต.ท.

(พีระชัย ชีระบรรยักษณ์)

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะโรงพยาบาลศัลย์
ที่เป็นตัวแทนของบุคลากรด้านแพทย์ที่เสนอในคราวประชุม
นพ.(สบ 2) กลุ่มงานอธิบดีพิเศษ รพ.ต.ร.

ที่ 7/2555

พ.ต.อ.

เมื่อวันที่ 31 เม.ย. 2555
(ชนินทร์ อุไรรากุล)

พ.ต.ต.

พ.ต.ต.
(พีพงษ์ ปิยพิทยานันต์)

ผบก.อภ.รพ.ต.ร./กรรมการและเลขานุการฯ

นพ.(สบ 2) กลุ่มงานอธิบดีพิเศษ รพ.ต.ร.

เห็นชอบ

(ธนา ชูระเจน)

นพ.(สบ 5) ห.น.กลุ่มงานอธิบดีพิเศษ รพ.ต.ร.