

5. การทดสอบและผล

- 5.1 ตรวจสอบพินิจความเรียบร้อย ตามข้อ 2, 3 และ 4
5.2 ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้

6. ข้อกำหนดอื่น ๆ

- 6.1 รับประกันคุณภาพพร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี กรณีเกิดความชำรุดเสียหายกับท่อลมที่ต่อระหว่างตัวเครื่องกับผ้าห่มไม่ว่าจากสาเหตุใด ผู้ขายยินดีนำท่อใหม่มาเปลี่ยนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 1 ครั้งต่อเครื่อง
- 6.2 มีหนังสือแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตหรือจากบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต
- 6.3 ผู้ขายสามารถให้ความมั่นใจด้านการบริการหลังการขาย โดยมีช่างซึ่งได้รับการฝึกอบรมโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต
- 6.4 กรณีครบกำหนดเปลี่ยนตัวกรองหลังเครื่อง บริษัทสามารถเข้ามาดูแลและบริการภายใน 3 วัน หลังจากได้รับแจ้งหรือเครื่องมือแพทย์ของทางโรงพยาบาลสามารถเปลี่ยนเองได้ โดยที่ผู้ขายจะทำคู่มือขั้นตอนการเปลี่ยนมาให้พร้อมสอนจริง
- 6.5 มีเอกสารรับรองอะไหล่ไว้พร้อมให้บริการตลอดเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
- 6.6 กรณีที่เครื่องมีปัญหาขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ขายยินดีจะให้บริการตรวจเช็ค พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ฟรี ในระหว่างการรับประกัน และต้องมีเครื่องใหม่มาให้สำรองใช้ระหว่างซ่อมภายใน 7 วัน หากซ่อมแซมแล้วมากกว่า 3 ครั้ง เครื่องยังไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ขายยินดีเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

พ.ต.อ.หญิง *นันทิยา สุจิรัตน์วิมล* ประธานกรรมการ
(นันทิยา สุจิรัตน์วิมล) พ.ศ. ๒๕๖๑

นายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร.

พ.ต.อ.หญิง *วันเพ็ญ วิวิธสิริ* กรรมการ
(วันเพ็ญ วิวิธสิริ)

พยาบาล (สบ 4) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร.

พ.ต.ท.หญิง *กตติยา เห่งนาเลน* กรรมการ
(กตติยา เห่งนาเลน)

พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร.

เห็นชอบ
พ.ต.อ.หญิง *นันทิยา สุจิรัตน์วิมล*
(นันทิยา สุจิรัตน์วิมล)

นายแพทย์ (สบ 5) หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร.

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รพ.ตร.
ได้มีมติเห็นชอบตามคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่เสนอในคราวประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ ก.ย. ๖๑

พ.ต.อ.
(นพรัตน์ สีนวลสด)

ผกก.กบ.บก.อก.รพ.ตร./

เลขานการคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะฯ