


คุณลักษณะเฉพาะชุดถ่ายภาพสำหรับกล้องจุลทรรศน์

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน
  - 1.1. ใช้สำหรับรับต่อกับกล้องจุลทรรศน์เพื่อบันทึกภาพถ่ายและวิดีโอ
2. ลักษณะทั่วไป ประกอบด้วย
  - 2.1. กล้องถ่ายภาพ DSLR จำนวน 1 ชิ้น
  - 2.2. ชุดเชื่อมต่อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 ชิ้น
3. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ
  - 3.1. กล้องถ่ายภาพ DSLR
    - 3.1.1. เป็นกล้องถ่ายภาพ ชนิด DSLR มีหน่วยรับภาพชนิด CMOS Sensor
    - 3.1.2. ความละเอียดของภาพ ไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซลล์
    - 3.1.3. สามารถบันทึกภาพต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 3 ภาพต่อนาที
    - 3.1.4. ความเร็วชัตเตอร์สูงสุด ไม่น้อยกว่า 1 / 4000 วินาที
    - 3.1.5. มีระบบปรับสมดุลแสงขาว
  - 3.2. ชุดเชื่อมต่อกล้องจุลทรรศน์
    - 3.2.1. เป็นชุดเชื่อมต่อพร้อมเลนส์ในตัว
    - 3.2.2. สามารถติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก
  - 3.3. ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ISO 9001 หรือ ISO 14001
4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน
  - 4.1. หนังสือคู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ และภาษาไทยอย่างละ 1 ชุด
  - 4.2. กระเป๋าใส่กล้อง 1 ใบ
5. การทดสอบและผล
  - 5.1. ตรวจสอบความเรียบร้อย ตามข้อ 2.,3.และ 4
  - 5.2. ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี
6. ข้อกำหนดอื่นๆ
 

รับประกันคุณภาพพร้อมความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี และจะต้องมีอะไหล่ไว้บริการตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี พร้อมบำรุงรักษาปีละ 2 ครั้ง




คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ


พ.ต.อ. *Wong* ประธานกรรมการ

(พจน์ ต้นตันรินทร)

นพ.(สบ ๕) กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตจ.

ร.ต.อ.  กรรมการ  
(กฤติชาติ กำจรปรีชา)

นพ.(สบ ๑) กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร.

ร.ต.อ.หญิง  กรรมการ  
(วรพิชา จริยเศรษฐวงศ์)

นพ.(สบ ๑) กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร.


เห็นชอบ

พ.ต.อ.



( นพศักดิ์ ภูวัฒน์เศรษฐ )

นพ.(สบ ๕) หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร.

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะ โรงพยาบาลตำรวจ  
ได้มีมติเห็นชอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่เสนอมา  
วันที่ 7/2555  
พล.ต.ต.   
( ชรินทร์ สุกโนระกุล )  
ผบก.อก.รพ.ตร./กรรมการและเลขานุการฯ

