

คุณลักษณะเฉพาะ

รพ.ตร. อุบมิติ ลงวันที่ 12 มิ.ย.2555

เครื่องเลเซอร์รักษาความผิดปกติของเส้นเลือดและฟื้นฟูสภาพผิว (Intense Pulse Light)

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน

- 1.1 เพื่อใช้ในการฟื้นฟูสภาพผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดดหรือจากอายุที่มากขึ้น ทำให้ผิวน่าเรียบเนียนและอ่อนเยาว์ (Photo Rejuvenation)
- 1.2 รักษาความผิดปกติของเม็ดสีผิว (Pigmented Lesions) เช่น กระ, ฝ้า, รอยด่างดำจากสิว
- 1.3 รักษาความผิดปกติทางเส้นเลือด (Vascular Lesions)
- 1.4 สามารถใช้ในการกำจัดขนตามร่างกาย

2. ลักษณะทั่วไป

- 2.1 เป็นเครื่องที่สามารถส่งแสงความเข้มข้นสูง (Intense Pulse Light)
- 2.2 มีล้อที่ฐานเครื่อง สามารถเคลื่อนย้ายได้
- 2.3 ทำงานด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50/60 เฮิรตซ์



3. คุณลักษณะทางวิชาการ

- 3.1 มีรูปแบบการปล่อยพลังงานแสงด้วยเทคโนโลยีที่มีการปล่อยพลังงานแสงคงที่
- 3.2 มีหัวยิงที่มีความยาวคลื่นอยู่ในช่วงตั้งแต่ 515 ถึง 950 นาโนเมตรหรือกว้างกว่า
- 3.3 มีขนาดของหัวยิงหรือหัวปล่อยแสง (Spot size) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5 ตารางเซนติเมตร
- 3.4 มีระบบทำความเย็นที่หัวยิงเพื่อป้องกันความร้อน โดยต้องผลิตจาก Sapphire หรือ Schott glass
- 3.5 สามารถปรับตั้ง Pulse Duration และ Pulse Delay ได้
- 3.6 สามารถปรับค่าพลังงานต่อหน่วยน้ำยาฟื้นฟู (Fluency) โดยสามารถปรับค่าพลังงานต่ำสุดได้ไม่น้อยกว่า 10 จูลต่อตารางเซนติเมตร และปรับค่าพลังงานสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 40 จูลต่อตารางเซนติเมตร
- 3.7 มีระบบป้องกันการเข้าสู่ฐานข้อมูล โดยต้องป้อนข้อมูล User Name และ Password
- 3.8 หน้าจอเป็นระบบ LCD Touch Screen ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
- 3.9 สามารถเลือกใช้ระบบช่วยคำนวณพลังงานที่เหมาะสมต่อการรักษาแต่ละครั้งหรือเลือกกำหนดเอง
- 3.10 ควบคุมการทำงานด้วย Hand Switch เท่านั้น

พ.ต.อ.

ประธานกรรมการ

ร.ต.ต.หญิง

กรรมการ

พ.ต.อ.หญิง

น.ส.

(พศักดิ์ ภูวัฒน์ศรีราษฎร์)

(วราพิชา จริยศรีราษฎร์)

(นภาพร เสือดี)

4. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่นๆ

รพ.ตร. อุบุมติ ลงวันที่ 12 มี.ย.2555

- 4.1 ตัวเครื่อง สาย Cable และ Hand piece จำนวน 1 ชุด
- 4.2 แวนตากันแสงเลเซอร์สำหรับแพทย์ จำนวน 2 อัน
- 4.3 แวนตากันแสงเลเซอร์สำหรับคนไข้ จำนวน 1 อัน
- 4.4 เจลใสสำหรับใช้ในการรักษา จำนวน 1 ลิตร
- 4.5 เครื่องสำรองไฟ (UPS) จำนวน 1 เครื่อง
- 4.6 คู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด

5. การทดสอบและผล

5.1 ตรวจพิสูจน์ความเรียบร้อย ตามข้อ 2., 3. และ 4.

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาศักยภาพทางพยาบาลที่ประชุม

ได้มีมติเห็นชอบตามคุณสมบัติของผู้ขอรับอนุญาตฯ ให้ได้

ครั้งที่ 8/2555

พ.ศ.๒๕๕๕

พ.ศ.๒๕๕๕

5.2 ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี

พบก.อภ.รพ.ตร./กรรมการและเลขานุการฯ

6. ข้อกำหนดอื่นๆ

6.1 ผู้ขายจะต้องมีใบแดงตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง

6.2 รับประกันคุณภาพตามการใช้งานปกติของเครื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี และจะต้องมีอย่างน้อย 5 ปี

6.3 มีวิศวกรที่ผ่านอบรมจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง เข้าดูแลตรวจสอบเครื่องทุกๆ 3 เดือน หรือเมื่อผู้ใช้ร้องขอ

ตลอดระยะเวลาอีก 1 ปี

6.4 ผู้ขายต้องทำการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลต่อว่าจ้างในการใช้งาน จำนวนอย่างน้อย 2 คน เป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะใช้งานได้ดี

6.5 ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากองค์กรอาหารและยาจากประเทศผู้ผลิต

พ.ต.อ.



ประธานกรรมการ

(พศักดิ์ ภูวัฒน์ศรีษฐ์)

นพ.(สบ 5) หน.กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร.

พ.ต.ต.หญิง



กรรมการ

(วราพิชา จริยเศรษฐ์สุวงศ์)

นพ.(สบ 1) กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร.

พ.ต.อ.หญิง



กรรมการ

(นาพร เชื้อดี)

พยาบาล(สบ 3) หน.กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

เห็นชอบ

พ.ต.อ.



(พศักดิ์ ภูวัฒน์ศรีษฐ์)

นพ.(สบ 5) หน.กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร.