

คุณลักษณะเฉพาะ


## รถเข็นชนิดนั่ง

## ๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นรถเข็นนั่งสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินได้

## ๒. ลักษณะทั่วไป

- ๒.๑ เป็นรถเข็นนั่งมีพนักพิง
- ๒.๒ มีที่เสียบเส้น้ำเกลือ ๒ ข้าง
- ๒.๓ มีตัวกรรไศด้านหลังพนักพิง
- ๒.๔ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และมีที่ล็อคล้อ



## ๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

- ๓.๑ โครงสร้างทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel เบอร์ ๓๐๔) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๗/๘ นิ้ว ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร
- ๓.๒ พื้นที่นั่งและพนักพิงหลังมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙x๑๕ นิ้ว (กว้างxยาว)
- ๓.๓ พื้นที่นั่งและพนักพิงทำด้วยแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel เบอร์ ๓๐๔) ขนาดความหนา ๒ มิลลิเมตร
- ๓.๔ ที่หัวแขนทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel เบอร์ ๓๐๔) ขนาดความกว้าง ๖ เซนติเมตร ยาว ๓๗ เซนติเมตร หนา ๒ เซนติเมตร
- ๓.๕ มีที่วางเท้าทำด้วยอลูมิเนียมพร้อมที่กันลื่น
- ๓.๖ มีล้อ ๔ ล้อ
  - ๓.๖.๑ ล้อหน้า ๒ ล้อ เป็นล้อยางตัน ชนิดหมุนได้รอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว
  - ๓.๖.๒ ล้อหลัง ๒ ล้อ เป็นล้อยางจักรยาน ชนิดยางตัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒๕ นิ้ว พร้อมที่ล็อคล้อ
- ๓.๗ มีที่เสียบเส้น้ำเกลือติดอยู่กับโครงพนักพิงหลัง ข้างละ ๑ ที่
- ๓.๘ มีที่จับเข็นเป็นเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel เบอร์ ๓๐๔) ติดอยู่กับโครงพนักพิงหลัง
- ๓.๙ มีตัวกรรไส์เอกสารติดอยู่พนักพิงหลัง ขนาด ๗x๕๒x๓๗ เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง) ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel เบอร์ ๓๐๔) เพลากรม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๓/๑๖ นิ้ว

## ๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่นๆ

มีเส้น้ำเกลือทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel เบอร์ ๓๐๔) จำนวน ๑ เสา และสามารถแขวนน้ำเกลือได้ทั้งสองข้าง

เลขที่ ๕๗-๕๕


รพ.ตธ. อนุมัติ ลงวันที่ ๘ ส.ค. ๒๕๕๕  
หน้าที่ ๒ ใน ๒ หน้า

๔. การทดสอบและผล

- ๔.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ประกอบสำเร็จรูป
- ๔.๒ ตรวจพินิจความเรียบล้อ ตามข้อ ๒, ๓ และ ๔

๖. ข้อกำหนดอื่น ๆ

รับประกันคุณภาพ ๒ ปี



พ.ต.อ. ..... ประธานกรรมการ

(ศุภชัย ประเวศตระกูลชัย)

นายแพทย์(สบ ๕) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก รพ.ตธ.

พ.ต.อ. ..... กรรมการ

(ประพันธ์ ผาแก้วมณี)

นายแพทย์(สบ ๕) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก รพ.ตธ.

พ.ต.อ. หญิง ..... กรรมการ

(นิตยา ส่งวงศ์)

พยาบาล(สบ ๕) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตธ.

เห็นชอบ

พ.ต.อ. ..... (ลาย)

(อมร ธนาอภินันทน์)

หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก รพ.ตธ.

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะ โรงพยาบาลตำรวจ  
ได้มีมติเห็นชอบตามคุณลักษณะเฉพาะ ที่เสนอในคราวประชุม

ครั้งที่ 10/2555

พ.ล.ต.ต.

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2555

( ชนิทธ ฉุกโนรูจ )

ผบก.อ.ก.รพ.ตธ./กรรมการและเลขานุการฯ