

คุณลักษณะเฉพาะ

ปากคืบเนื้อเยื่อชนิดไม่มีเขี้ยว

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้สำหรับคืบเนื้อเยื่อในการผ่าตัดทั่วไป

2. ลักษณะทั่วไป

เป็นปากคืบเนื้อเยื่อ

3. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

3.1 ชนิดไม่มีเขี้ยว

3.2 ขนาดความยาวตั้งแต่ 100-350 มิลลิเมตร ตามความต้องการของผู้ใช้

3.3 ผลิตจากเหล็กไม่เป็นสนิม (Stainless steel)

3.4 สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยการนึ่งอุณหภูมิ 134 องศาเซลเซียส หรือโดยวิธีการ
อบแก๊ส หรือ วิธีการแช่น้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้

3.5 ได้รับการรับรองมาตรฐาน EC Certificate และ EN ISO 13485

4. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

ไม่มี

5. การทดสอบและผล

5.1 ตรวจพินิจความเรียบร้อย ตามข้อ 2, 3 และ 4

5.2 ทำการตรวจสอบจนสามารถใช้งานได้

6. ข้อกำหนดอื่นๆ

6.1 ผู้ขายมีใบแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต


6.2 รับประกันคุณภาพตามปกติของเครื่องมือเป็นระยะเวลา 1 ปี

เห็นชอบ

พ.ต.อ.

(دنۇگۇت گلىمپاقر)

นายแพทย์(สบ๕) ทน.กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร



แก้ไขคุณลักษณะเฉพาะฯ

ข้อ ๓.๓ แก้ไขจาก “เหล็ก” เป็น “โลหะ”

ตามอนุมัติ รอง พตร.ปรท.พตร. ลง ๒๐ ก.พ. ๖๖ ท้ายหนังสือ

บก.อก.รพ.ตร. ที่ ๐๐๓๖.๑๔๔/๖๔๒ ลง ๑๓ ก.พ. ๖๖

อนุมัติให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะเดิม อายุเกิน ๓ ปี



เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะฯ