

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้สำหรับถ่างหน้าท้องในการผ่าตัดทั่วไป

๒. ลักษณะทั่วไป

เป็นที่ถ่างหน้าท้องแบบ HARRINGTON



๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ เป็นที่ถ่างหน้าท้องชนิดใบถ่างโค้ง

๓.๒ มีใบถ่างขนาดลึกไม่น้อยกว่า ๑๒๗ มิลลิเมตร ขนาดกว้างระหว่าง ๔๐ - ๖๒ มิลลิเมตร

๓.๓ มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๓๒๐ มิลลิเมตร

๓.๔ ผลิตจากเหล็กไม่เป็นสนิม (Stainless steel)

๓.๕ สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยการนึ่งอุณหภูมิ ๑๓๔ องศาเซลเซียส หรือโดยวิธีการอบแก๊ส หรือ วิธีการแช่น้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้

๓.๖ ได้รับการรับรองมาตรฐาน EC Certificate และ EN ISO ๑๓๔๘๕

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

ไม่มี

๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจพินิจความเรียบร้อย ตามข้อ ๒ , ๓ และ ๔

๕.๒ ทำการตรวจสอบจนสามารถใช้งานได้

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

๖.๑ ผู้ขายมีใบแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต

๖.๒ รับประกันคุณภาพตามปกติของเครื่องมือเป็นระยะเวลา ๑ ปี

เห็นชอบ

พ.ศ.๒๕๖๒

(دنګوﺗ ﮔﻠﯩﻢﭘﺎﻛﺮ)

นายแพทย์(สบ๕) หน.กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร.

แก้ไขคุณลักษณะเฉพาะฯ

ข้อ ๓.๔ แก้ไขจาก “ผลิตจากเหล็กไม่เป็นสนิม (Stainless steel)” เป็น “ผลิตจากโลหะไม่เป็นสนิม (Stainless steel)”

ตามอนุมัติ รอง พตร.ปรท.พตร. ลง ๑๕ พ.ค. ๖๖ ทำหนังสือ

บก.อก.รพ.ตร. ที่ ๐๐๓๖.๑๔๔/๑๙๖๐ ลง ๑๑ พ.ค. ๖๖

อนุมัติให้แก้ไขคุณลักษณะเฉพาะเดิม



เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะฯ