

คุณลักษณะเฉพาะ
ท่อดูดและแช่เนื้อเยื่อในโพรงจมูก แบบกอร์นีย์ ปลายขนาด ๓ มิลลิเมตร

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้ดูดและแช่เนื้อเยื่อในโพรงจมูก ในการผ่าตัด

๒. ลักษณะทั่วไป

เป็นท่อดูดและแช่เนื้อเยื่อในโพรงจมูก แบบกอร์นีย์ ปลายขนาด ๓ มิลลิเมตร

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ ปลายขนาด ๓ มิลลิเมตร

๓.๒ ความยาวทั้งหมดไม่มากกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร

๓.๓ ทำจากโลหะ ไม่เป็นสนิม (Stainless Steel)

๓.๔ สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยไอน้ำ (Autoclave) โดยไม่เสื่อมคุณภาพ

๓.๕ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

--ไม่มี--

๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจพินิจความเรียบร้อยตามข้อ ๒ , ๓ และ ๔

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพ พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี



เห็นชอบ

พ.ต.อ.หญิง

(จินตนา วชิรภิตกุล)

นายแพทย์ (สบ ๕) กลุ่มงานหู คอ จมูก รพ.ตร.

รพท.หัวหน้ากลุ่มงานหู คอ จมูก รพ.ตร.