

เครื่องมือถ่างเปลือกตา แบบเดสมาเรส เบอร์ ๑ ขนาดใบถ่าง ๑๓ มิลลิเมตร

(Desmarres Lid Retractor #๑/๑๓mm blade)

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้ถ่างเปลือกตา ในการผ่าตัด

๒. ลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องมือถ่างเปลือกตา แบบเดสมาเรส

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ ผลิตจากโลหะ ไม่เป็นสนิม (Stainless Steel)

๓.๒ ขนาดใบถ่าง ๑๓ มิลลิเมตร

๓.๓ เครื่องมือขนาด เบอร์ ๑

๓.๔ ความยาวทั้งหมดไม่มากกว่า ๑๔.๐ เซนติเมตร

๓.๕ สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยไอน้ำ (Autoclave) ได้ โดยไม่เสื่อมสภาพ

๓.๖ ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

- ไม่มี

๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจพินิจความเรียบร้อยตามข้อ ๒ และ ๓

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพ พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติ เป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

- เห็นชอบ

พ.ต.อ.

(สรวิทย์ บุษยนิษฐ์)

นายแพทย์ (สบ ๕) กลุ่มงาน หู คอ จมูก

ปฏิบัติหน้าที่ หน.กลุ่มงานตา รพ.ตร.

