

## เครื่องมือถ่างเปลือกตา แบบเดสมาร์เรส เบอร์ ๒ ขนาดใบถ่าง ๑๕ มิลลิเมตร

(Desmarres Lid Retractor #๒/๑๕mm blade)

## ๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้ถ่างเปลือกตา ในการผ่าตัด

## ๒. ลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องมือถ่างเปลือกตา แบบเดสมาร์เรส

## ๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ ผลิตจากโลหะ ไม่เป็นสนิม (Stainless Steel)

๓.๒ ขนาดใบถ่าง ๑๕ มิลลิเมตร

๓.๓ เครื่องมือขนาด เบอร์ ๒

๓.๔ ความยาวทั้งหมดไม่มากกว่า ๑๔.๐ เซนติเมตร

๓.๕ สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยไอน้ำ (Autoclave) ได้ โดยไม่เสื่อมสภาพ

๓.๖ ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕

## ๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

- ไม่มี

## ๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจพินิจความเรียบร้อยตามข้อ ๒ และ ๓

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้

## ๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพ พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติ เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

- เห็นชอบ

พ.ต.อ.

(สรรเพ็ชญ์ บุญยวนิชย์)

นายแพทย์ (สบ ๕) กลุ่มงาน หู คอ จมูก

ปฏิบัติหน้าที่ หน.กลุ่มงานตา รพ.ตร.

