

คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องมือถ่างแผล ขนาด ๓ x ๓ ขา

(Agricola Lacrimal Sac Retractor, ๓ x ๓ sharp prongs)

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้ถ่างแผล ในการผ่าตัด

๒. ลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องมือถ่างแผล

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ ผลิตจากโลหะ ไม่เป็นสนิม (Stainless Steel)

๓.๒ เครื่องมือมีขาลักษณะแหลม ๓ x ๓ ขา

๓.๓ ความยาวทั้งหมดไม่มากกว่า ๔.๕ เซนติเมตร

๓.๔ สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยไอน้ำ (Autoclave) ได้ โดยไม่เสื่อมสภาพ

๓.๕ ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

- ไม่มี

๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจพินิจความเรียบร้อยตามข้อ ๒ และ ๓

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพ พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติ เป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

- เห็นชอบ



พ.ศ.อ.

(สรวิศ เพ็ชรชัย บุษยวณิชย์)

นายแพทย์ (สบ ๕) กลุ่มงาน หู คอ จมูก

ปฏิบัติหน้าที่ หน.กลุ่มงานตา รพ.ตร.