

คุณลักษณะเฉพาะ
ที่ถ่างปากช่องคลอดแบบ GRAVE

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้สำหรับตรวจวินิจฉัยทางสูติกรรม

๒. ลักษณะทั่วไป

เป็นที่ถ่างปากช่องคลอดแบบ GRAVE



๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

- ๓.๑ ส่วนฝาบ่นและฐาน สามารถแยกออกจากกันได้
- ๓.๒ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒๐ มิลลิเมตร ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ มิลลิเมตร
- ๓.๓ ผลิตจากโลหะไม่เป็นสนิม (Stainless steel)
- ๓.๔ สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยการนึ่งที่อุณหภูมิ ๑๓๔ องศาเซลเซียส หรือโดยวิธีการอบแก๊ส หรือวิธีการแช่น้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้
- ๓.๕ ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน EC Certificate
- ๓.๖ ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน EN ISO ๑๓๔๘๕

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

ไม่มี

๕. การทดสอบและผล

- ๕.๑ ตรวจพินิจความเรียบร้อย ตามข้อ ๒ , ๓ และ ๔
- ๕.๒ ทำการตรวจสอบจนสามารถใช้งานได้

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพพร้อมความชำรุดบกพร่องตามสภาพใช้งานปกติเป็นเวลา ๒ ปี

เห็นชอบ

พ.ต.อ.

(จุมพฏ อรุณงศา)

นายแพทย์ (สบ ๕) หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร.