

ปากคีบสำหรับกดหรือบีบต่อมไมโบเมียน แบบโยชิโตมิ ปากโค้งที่มีพื้นผิวเรียบ

(Yoshitomi MG Compressor short)

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้คีบสำหรับกดหรือบีบต่อมไมโบเมียน ในการผ่าตัด

๒. ลักษณะทั่วไป

เป็นปากคีบสำหรับกดหรือบีบต่อมไมโบเมียน แบบโยชิโตมิ

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ ผลิตจากโลหะ ไม่เป็นสนิม (Stainless Steel)

๓.๒ ปากเครื่องมือมีลักษณะโค้ง

๓.๓ ปลายเครื่องมือมีลักษณะพื้นผิวเรียบ

๓.๔ ความยาวทั้งหมดไม่มากกว่า ๘.๕ เซนติเมตร

๓.๕ สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยไอน้ำ (Autoclave) ได้ โดยไม่เสื่อมสภาพ

๓.๖ ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

- ไม่มี

๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจพินิจความเรียบร้อยตามข้อ ๒ และ ๓

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพ พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติ เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

- เห็นชอบ

พ.ต.อ.

(สรรเพ็ชญ์ บุณยวนิชย์)

นายแพทย์ (สบ ๕) กลุ่มงาน หู คอ จมูก

ปฏิบัติหน้าที่ หน.กลุ่มงานตา รพ.ตร.

