

คุณลักษณะเฉพาะ

ปากคีบเลาะถุงหุ้มเลนส์ แบบยูทราท่า

ปลายแหลม ทำด้วยไทเทเนียม

(Utrata Capsulorhexis Forceps angled

๑๑ mm shanks, titanium, round handle)

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้คีบเลาะถุงหุ้มเลนส์ ในการผ่าตัด

๒. ลักษณะทั่วไป

เป็นปากคีบเลาะถุงหุ้มเลนส์ แบบยูทราท่า ปลายแหลม

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ ผลิตจากไทเทเนียม

๓.๒ ก้านมีลักษณะหักมุมยาว ๑๑ มิลลิเมตร

๓.๓ ด้ามเครื่องมือมีลักษณะกลม

๓.๔ ความยาวทั้งหมดไม่มากกว่า ๑๐.๕ เซนติเมตร

๓.๕ สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยไอน้ำ (Autoclave) ได้ โดยไม่เสื่อมสภาพ

๓.๖ ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

- ไม่มี

๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจพินิจความเรียบร้อยตามข้อ ๒ และ ๓

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพ พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

- เห็นชอบ

พ.ต.อ.

(สรรเพ็ชญ์ บุญยวนิชย์)

นายแพทย์ (สบ ๕) กลุ่มงาน หู คอ จมูก

ปฏิบัติหน้าที่ หน.กลุ่มงานตา รพ.ตร.

