

ปากคีบตัดเนื้อในโพรงจมูก แบบทากาฮาชิ ขนาดตัด ๑๐ x ๓ มิลลิเมตร ปลายตรง

(Nasal Forceps by TAKAHASHI, spoon ๑๐ x ๓ mm, straight)

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้ตัดเนื้อในโพรงจมูก ในการผ่าตัด

๒. ลักษณะทั่วไป

เป็นปากคีบตัดเนื้อในโพรงจมูก แบบทากาฮาชิ

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ ผลิตจากโลหะ ไม่เป็นสนิม (Stainless Steel)

๓.๒ ขนาดตัด ๑๐ x ๓ มิลลิเมตร

๓.๓ ปลายมีลักษณะตรง

๓.๔ ความยาวทั้งหมดไม่มากกว่า ๑๑๐ มิลลิเมตร

๓.๕ สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยไอน้ำ (Autoclave) ได้ โดยไม่เสื่อมสภาพ

๓.๖ ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

- ไม่มี

๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจพินิจความเรียบร้อยตามข้อ ๒ และ ๓

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพ พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติ เป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

- เห็นชอบ

พ.ต.อ.

(สรรเพ็ชญ์ บุญยวนิชย์)

นายแพทย์ (สบ ๕) กลุ่มงาน หู คอ จมูก

ปฏิบัติหน้าที่ หน.กลุ่มงานตา รพ.ตร.

