

คุณลักษณะเฉพาะ
ตะขอเกี่ยวผิวหนังแบบ JOSEPH



๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน
เพื่อใช้เกี่ยวผิวหนัง สำหรับการผ่าตัด
๒. ลักษณะทั่วไป
เป็นตะขอเกี่ยวผิวหนังแบบ JOSEPH
๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ
 - ๓.๑ ด้ามจับเป็นแบบกลม
 - ๓.๒ ปลายปากส่วนที่ใช้งานมีขนาดระหว่าง ๒ ถึง ๑๐ มิลลิเมตร ตามความต้องการของผู้ใช้
 - ๓.๓ มีขนาดความยาว ๑๖๐ มิลลิเมตร
 - ๓.๔ ผลิตจากโลหะไม่เป็นสนิม (Stainless steel)
 - ๓.๕ สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยการนึ่งที่อุณหภูมิ ๑๓๔ องศาเซลเซียส หรือโดยวิธีการอบแก๊ส หรือวิธีการแช่น้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้
 - ๓.๖ ได้รับการรับรองมาตรฐาน EC Certificate
 - ๓.๗ ได้รับการรับรองมาตรฐาน EN ISO ๑๓๔๘๕
๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่
ไม่มี
๕. การทดสอบและผล
 - ๕.๑ ตรวจพินิจความเรียบร้อย ตามข้อ ๒ , ๓ และ ๔
 - ๕.๒ ทำการตรวจสอบจนสามารถใช้งานได้
๖. ข้อกำหนดอื่นๆ
รับประกันคุณภาพตามการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี

เห็นชอบ

พ.ต.อ.

(จุมพฏ อรุณงศา)

นายแพทย์ (สบ ๕) หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร.