

คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องกรอแบตเตอรี่ สำหรับตักแต่งต่อเนื้อ หัวกรอไดมอนด์

(Pterygium Drill battery powered)

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้ตักแต่งต่อเนื้อ ในการผ่าตัด

๒. ลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องกรอแบตเตอรี่ สำหรับตักแต่งต่อเนื้อ

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ ผลิตจากโลหะ ไม่เป็นสนิม (Stainless Steel)

๓.๒ เครื่องกรอแบตเตอรี่มีหัวกรอไดมอนด์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓.๕ มิลลิเมตร

๓.๓ ความยาวทั้งหมดไม่มากกว่า ๑๑.๕ เซนติเมตร

๓.๔ สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยไอน้ำ (Autoclave) ได้ โดยไม่เสื่อมสภาพ

๓.๕ ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

- ไม่มี

๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจสอบพินิจความเรียบร้อยตามข้อ ๒ และ ๓

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพ พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

- เห็นชอบ

พ.ต.อ.

(สรรเพ็ชณ์ บุณยวนิชย์)

นายแพทย์ (สบ ๕) กลุ่มงาน หู คอ จมูก

ปฏิบัติหน้าที่ หน.กลุ่มงานตา รพ.ตร.

