

เข็มเย็บเนื้อเยื่อพังผืด แบบไรท์ รูปร่างไขว้ ขนาด ๑ x ๖ มิลลิเมตร

(Wright Fascia Needle with ๑ mm by ๖ mm oval hole ๑๓ cm.)

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้เย็บเนื้อเยื่อพังผืด ในการผ่าตัด

๒. ลักษณะทั่วไป

เป็นเข็มเย็บเนื้อเยื่อพังผืด แบบไรท์

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ ผลิตจากโลหะ ไม่เป็นสนิม (Stainless Steel)

๓.๒ ปลายเครื่องมือมีรูปร่างไขว้กว้างขนาด ๑ มิลลิเมตร ยาว ๖ มิลลิเมตร

๓.๓ ความยาวทั้งหมดไม่มากกว่า ๑๓ เซนติเมตร

๓.๔ สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยไอน้ำ (Autoclave) ได้ โดยไม่เสื่อมสภาพ

๓.๕ ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

- ไม่มี

๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจพินิจความเรียบร้อยตามข้อ ๒ และ ๓

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพ พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติ เป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

- เห็นชอบ

พ.ต.อ.

(สรรเพ็ชญ์ บุณยวณิชย์)

นายแพทย์ (สบ ๕) กลุ่มงาน หู คอ จมูก

ปฏิบัติหน้าที่ หน.กลุ่มงานตา รพ.ตร.

