

คุณลักษณะเฉพาะ

ด้ามต่อ CANNULA

๑.วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้สำหรับต่ออุปกรณ์น้ำเข้าสำหรับการผ่าตัดทางจักษุ

๒.ลักษณะทั่วไป

เป็นด้ามจับพลาสติกเพื่อต่อกับอุปกรณ์น้ำเข้าในการผ่าตัดทางจักษุ

๓.คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

- ๓.๑ ผลิตจากพลาสติกสีขาวขุ่น
- ๓.๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ มิลลิเมตร
- ๓.๓ ด้ามเป็นร่องเพื่อความกระชับ ยาว ๙๐ มิลลิเมตร
- ๓.๔ ตัวดูดตัวผู้เข้าพอดีกับหัว Cannula ตัวเมียเข้ากันได้กับท่อต่อ I/A
- ๓.๕ ความยาวรวม ๙๕ มิลลิเมตร
- ๓.๖ สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยไอน้ำ (Autoclave) ได้ โดยไม่เสื่อมคุณภาพ
- ๓.๗ ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO : ๑๓๔๘๕

๔.ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

- ไม่มี

๕.การทดสอบและผล

- ๕.๑ ตรวจพินิจความเรียบร้อยตามข้อ ๒ และ ๓
- ๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้

๖.ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพ พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

- เห็นชอบ

พ.ต.อ

(สรวิศเพ็ญ บุษยวณิชย์)

นายแพทย์ (สบ๕) ทน. กลุ่มงานตา รพ.ตร.

