

ด้ามสองปลายสำหรับจับดะแซเนื้อเยื่อ แบบเพียร์ ปลายมนข้างคมข้าง

(Elevator by FREER double ended, sharp / blunt)



๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้จับดะแซเนื้อเยื่อ ในการผ่าตัด

๒. ลักษณะทั่วไป

เป็นด้ามสองปลายสำหรับจับดะแซเนื้อเยื่อ แบบเพียร์

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ ผลิตจากโลหะ ไม่เป็นสนิม (Stainless Steel)

๓.๒ ปลายมีลักษณะมนข้างคมข้าง

๓.๓ ปลายขนาด ๔.๕ มิลลิเมตร

๓.๔ ความยาวทั้งหมดไม่มากกว่า ๑๘๐ มิลลิเมตร

๓.๕ สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยไอน้ำ (Autoclave) ได้ โดยไม่เสื่อมสภาพ

๓.๖ ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

- ไม่มี

๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจพินิจความเรียบร้อยตามข้อ ๒ และ ๓

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพ พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติ เป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

- เห็นชอบ

พ.ต.อ.

(สรรเพ็ชญ์ บุณยวนิชย์)

นายแพทย์ (สบ ๕) กลุ่มงาน หู คอ จมูก

ปฏิบัติหน้าที่ หน.กลุ่มงานตา รพ.ตร.