

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ กล้องส่องตรวจรักษาโรคภายในโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดปรับองศาทางได้

แบบพกพา จำนวน ๓ ชุด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานหู คอ จมูก โรงพยาบาลตำรวจ

ห้องผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป กลุ่มงานหู คอ จมูก โรงพยาบาลตำรวจ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ราคาชุดละ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ บริษัท เคเอเบิลเทค จำกัด

๕.๒ บริษัท พีเอ็น เมดติเคิล จำกัด

๕.๒ บริษัท อาพา เมดติเคิล จำกัด

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่พันตำรวจเอกหญิง

(จินตนา วชิรภิตกุล)

๖.๒ พันตำรวจโทหญิง

(กฤษฎา ไทยทอง)

๖.๓ ว่าที่พันตำรวจโทหญิง

(จิรพร สุวรรณสัญญา)

สำเนาถูกต้อง
พ.ต.ต.หญิง
(ภาพิมล เป้าบ้านเช่า)
สว.กบ.บก.อภ.รพ.ตร.

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๑. ความเป็นมา

ชื่อโครงการ : ชื่อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ กล้องส่องตรวจรักษาโรคมายในโพรงจมูก และกล้องเสียงชนิดปรับองศาทางได้ แบบพกพา จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กลุ่มงานหุ คอ จมูก โรงพยาบาลตำรวจ

ห้องผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป กลุ่มงานหุ คอ จมูก โรงพยาบาลตำรวจ

เงินงบประมาณโครงการ : ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

ราคากลาง : ราคาชุดละ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๒. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ตามที่โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดในเอกสารประกวดราคา

๓. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

คุณลักษณะเฉพาะ โรงพยาบาลตำรวจ เลขที่ ๒๖-๖๒ อนุมัติลงวันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โรงพยาบาลตำรวจ ได้มีมติเห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. ระยะเวลาส่งมอบ

ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๕. วงเงินในการจัดหา

จำนวนเงินทั้งสิ้น : ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

โดยเบิกจ่ายจากเงินบำรุง โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๖. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

งานจัดหา ๒ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะพิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา และพิจารณาจากราคารวม

๘. สถานที่ติดต่อ

ผู้สนใจสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ ได้ที่

๘.๑ ทางจดหมายลงทะเบียน ส่งถึง ผู้บังคับการอำนวยการ ที่อยู่ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๔๙๒/๑ ถนน พระรามที่ ๑ แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ๑๐๓๓๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๐๗-๖๐๓๐ หมายเลขโทรสาร ๐-๒๒๐๗-๖๐๖๗

๘.๒ website : www.policehospital.org โรงพยาบาลตำรวจ

website : www.gprocurement.go.th ระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง

๘.๓ e-mail address : JATTHA2@hotmail.com งานจัดหา ๒

สำเนาถูกต้อง
พ.ต.ต.หญิง
(ภาพิมล เป้าบ้านเช่า)
สว.กบ.บก.อก.รพ.ตร.

17 พ.ค. 2564
/จึงลงลายมือชื่อ...

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ว่าที่ พันตำรวจเอกหญิง

(จินตนา วชิรภักติกุล)

ประธานกรรมการฯ

พันตำรวจโทหญิง

(กฤษณา ไทยทอง)

กรรมการ

ว่าที่ พันตำรวจโทหญิง

(จิรพร สุวรรณสัญญา)

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง
พ.ต.ต.หญิง
(ภาพิมล เป้าบ้านเช่า)
สว.กบ.บก.อก.รพ.ตร.

17 พ.ค. 2564

คุณลักษณะเฉพาะ

กล้องส่องตรวจรักษาโรครภายในโพรงจมูกและกล้องเสียงชนิดปรับองศาทางได้ แบบพกพา

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน


เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กำเนิดแสงที่ให้กำลังของแสงเหมาะสำหรับการผ่าตัดและ วินิจฉัยโรค

2. คุณลักษณะทั่วไป

กล้องส่องตรวจรักษาโรครภายในโพรงจมูกและกล้องเสียงชนิดปรับองศาทางได้ แบบพกพา

3. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

- 3.1 สามารถรับภาพได้ชัดเจน ที่ 16,000 pixels
- 3.2 สามารถทำงานด้วยมือเดียวและบังคับการหันเหได้ 2 ทิศทาง
- 3.3 ตัวกล้องมีความยาวในการทำงาน 300 มิลลิเมตร
- 3.4 กล้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางการทำงาน 3.2 มิลลิเมตร
- 3.5 สามารถหันเหได้ ขึ้น 140 องศา ลง 140 องศา
- 3.6 ทิศทางการมองภาพ 0 องศา มุมมอง 80 องศา
- 3.7 มีระยะความลึกของภาพ 6 - 1,000 มิลลิเมตร
- 3.8 ตัวกล้องสามารถแช่น้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้ ทำการฆ่าเชื้อโรคโดยการอบแก๊ส
- 3.9 มีข้อต่อสำหรับต่อสายนำแสงแบบหักมุมเพื่อการนำแสงที่มากที่สุด
- 3.10 มีสายนำแสงชนิดไฟเบอร์ออฟติก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 มิลลิเมตร
- 3.11 มีตัวทดสอบการรั่ว ETO VALVE
- 3.12 ได้รับมาตรฐาน EN ISO 13485



พ.ศ.อ.

4. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

- | | |
|---|---------------|
| 4.1 กระเป๋าทำด้วยไฟเบอร์สำหรับบรรจุกล้องเพื่อการเคลื่อนย้าย | จำนวน 1 ใบ |
| 4.2 แปรงทำความสะอาด และอุปกรณ์น้ำยาล้างกล้องคอสมิก | จำนวน 1 ชุด |
| 4.3 คู่มือการใช้งานภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ | อย่างละ 1 ชุด |

5. การทดสอบและผล

- 5.1 ตรวจพินิจความเรียบร้อยตามข้อ 2 , 3 และ 4
- 5.2 ทำการตรวจทดสอบจนสามารถใช้งานได้

6.ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพพร้อมความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี และจะต้องมีอะไหล่ไว้พร้อมให้บริการตลอดระยะเวลา 5 ปี

พ.ต.อ.	ประธานกรรมการ	พ.ต.ท.หญิง	กรรมการ	พ.ต.ต.	กรรมการ
(สรรเพชญ์ บุญยวนิชย์)		(กฤษณา ไทยทอง)		(ผดุงรัฐ เสงเจริญ)	
นพ. (สบ 5) หน.กลุ่มงานหุ คอ จมูก รพ.ตร.		นพ. (สบ 3) กลุ่มงานหุ คอ จมูก รพ.ตร.		นพ. (สบ2) กลุ่มงานหุ คอ จมูก รพ.ตร.	

เห็นชอบ

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.อ. ประธานกรรมการ
(สรรเพชญ์ บุญยวนิชย์)

สำเนาถูกต้อง

นายแพทย์ (สบ 5) หัวหน้ากลุ่มงาน หุ คอ จมูก รพ.ตร.

พ.ต.อ.หญิง

(วราภรณ์ เจริญราษฎร์)

พยาบาล (สบ๔) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.


(ภาพิมล เป้าบ้านเช่า)

สว.กบ.บ.ก.อก.รพ.ตร.

17 พ.ค. 2564

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รพ.ตร.
ได้มีมติเห็นชอบตามคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่เสนอในคราวประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย. ๖๒

พ.ต.อ.




(สมชาย อนันต์ศุภมงคล)

ผกก.กบ.บก.อก.รพ.ตร./

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะฯ

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.อ.หญิง



(วราภรณ์ เจริญราษฎร์)

พยาบาล (สบ๔) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง



(ภาพิมล เป้าบ้านเช่า)

สว.กบ.บก.อก.รพ.ตร.

17 พ.ค. 2564