

คุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องตัดชิ้นเนื้ออัตโนมัติ

เลขที่ 46-57
รพ.ตร. อุบลราชธานี ลงวันที่ ๓ ช.ค. ๒๕๕๗

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้ตัดบางชิ้นเนื้อในห้องปฏิบัติการ

๒. ลักษณะทั่วไป

๒.๑ เป็นเครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบอัตโนมัติ

๒.๒ ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิรตซ์

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ สามารถตั้งค่าตัดบาง (Section) ได้ในช่วง ๑ ถึง ๖๐๐ ไมครอนหรือกว้างกว่า โดยสามารถปรับตั้งค่าได้ตั้งแต่ ๐.๕ ถึง ๕๐ ไมครอนหรือกว้างกว่า

๓.๒ สามารถตั้งค่าตัดปรับ (Trim) ได้ในช่วง ๑ ถึง ๖๐๐ ไมครอนหรือกว้างกว่า

๓.๓ มีระยะป้อนตัวอย่าง (Object Feed) ไม่น้อยกว่า ๒๘ มิลลิเมตร

๓.๔ มีระยะเคลื่อนในแนวตั้ง (Vertical Stroke) ไม่น้อยกว่า ๗๐ มิลลิเมตร

๓.๕ สามารถปรับตั้งค่าระยะป้อนกลับ (Specimen Retraction) ได้ในช่วง ๕ ถึง ๑๐๐ ไมครอนหรือมากกว่า ซึ่งสามารถปรับเลือกได้เป็นขั้น ขั้นละ ๕.๐ ไมครอน

๓.๖ มีระบบป้อนหยาบ (Coarse Feed) ซึ่งสามารถปรับระดับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๒ ระดับโดยมีอัตราเร็วที่ระดับที่หนึ่งไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ไมครอนต่อวินาที และที่ความเร็วระดับที่สองไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ไมครอนต่อวินาที

๓.๗ สามารถปรับมุมตัวจับคลื่อกชิ้นเนื้อได้ไม่น้อยกว่า ๘ องศา

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่นๆ

๔.๑ ดาดแจ耶เขียงทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม (stainless steel)

จำนวน ๔ ใบ

๔.๒ ฟิวส์

จำนวน ๑๐ อัน

๔.๓ ถอดรองเศษพาราฟิน

จำนวน ๖ ชุด

๔.๔ แป้นควบคุมการทำงาน

จำนวน ๑ ชุด

๔.๕ แป้นเหยียบ

จำนวน ๑ ชุด

๔.๖ ให้วางเครื่องพร้อมเก้าอี้ทำงาน

จำนวน ๑ ชุด

๔.๗ เครื่องคลอยชิ้นเนื้อชนิดควบคุมอุณหภูมิ


จำนวน ๑ ชุด

๔.๘ คู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

อย่างละ ๑ เล่ม

๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจพินิจความเรียบร้อย ตามข้อ ๒,๓ และ ๔



พ.ค. ก.๓.

๕.๒ ทำการทดสอบ จนสามารถใช้งานได้ดี

พ.ต.อ.

(วิรช เที่ยวนาพสุข)

ประธานกรรมการ

ว่าที่ พ.ต.ท.

(รพีพงศ์ ดีนวนพะเนวว์)

กรรมการ

ว่าที่ ร.ต.อ.(ญ)

(ยสุดามา ชัยมาด)

กรรมการ

หน้าที่ ๒ ใน ๒ หน้า
เลขที่ 46-57

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพพร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติเป็นเวลา ๒ ปี และต้องมี
อะไหล่ไว้พร้อมให้บริการตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี พร้อมบำรุงรักษาปีละ ๒ ครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตลอดอายุการใช้งาน

พ.ต.อ.

ประธานกรรมการ

(วิรช เที่ยวพาบสุข)

นักเทคนิคการแพทย์(สบ๑) กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร.

ว่าที่ พ.ต.ท.

กรรมการ

(รพีพงศ์ ดีวนลพเนوار)

นักเทคนิคการแพทย์(สบ๑) กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร.

ว่าที่ ร.ต.อ.(ญ)

กรรมการ

(ยสุดา ชัยมาด)

นักเทคนิคการแพทย์(สบ๑) กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร.

พ.ต.ต.



(พระชัย สุธีรกุล)

ผบก.นต.รพ.ตร.

ท.ต.-ก.ต.



ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รพ.ตร. ได้

มีมติเห็นชอบตามคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่เสนอในคราวประชุม

ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๗

พ.ต.ต.



(พระชัย ไวยแท้)

ผบก.อภ.รพ.ตร. /

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะฯ