

รายการก่อสร้าง/รายการจ้างเหมาบริการ/รายการเช่าและประมาณการราคา

แผ่นที่ 1 / 1

ใบเสนอรายการ (✓) ซ่อม () สร้าง () ปรับปรุง ตู้เตรียมน้ำยาเคมีบำบัดชนิด 2 ช่อง เลขที่ 272 ลงวันที่ 19 พ.ย.57

ใบแจ้งซ่อมเลขที่ 1078 ลงวันที่ 12 พ.ย.57 หน่วยงาน ผลิตยาเคมีบำบัด สถานที่ คส.1

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร.

กระผม นาย ประพัฒน์ สายัณห์กุล ได้ทำการตรวจสอบและประสานกับ พ.ต.ท.หญิง ปิยภรณ์ ศรีวรรณ

ซึ่งเป็นผู้ขอทำการ (✓) ซ่อม () สร้าง () ปรับปรุง ตู้เตรียมน้ำยาเคมีบำบัดชนิด 2 ช่อง เพื่อไว้ใช้ในรายการที่ ห้องผสมน้ำยาเคมีบำบัด คส.1

จึงเห็นควรดำเนินการตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม	
			บาท	สต.	บาท	สต.
	รายการซ่อมตู้เตรียมน้ำยาเคมีบำบัดชนิด 2 ช่อง รุ่น A2/N/2/T ยี่ห้อ AMERCARE S/N:AME:A935	1 ตู้				
1.	เปลี่ยน Recirc Exhaust Filter	1 PC				
2.	เปลี่ยน Entry Box Filter	3 EA				
3.	เปลี่ยน Solenoid Valve	1 ชิ้น				
	หมายเหตุ ภายหลังการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เหล่านี้แล้วตู้เตรียมน้ำยาเคมีบำบัดฯ ต้องสามารถใช้งานได้ โดยการตรวจสอบจากผู้ว่าจ้าง					
	รวม					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					

หมายเหตุ ราคานี้เป็นราคาปานกลาง โดยอาศัยราคาที่จำหน่ายในท้องตลาดโดยทั่วไปในขณะที่ออกรายการนี้เป็นเกณฑ์

รวมเป็นเงินประมาณ _____ บาท (_____)

ตรวจและพิจารณาแล้วถูกต้องตามความประสงค์

พ.ต.ท.หญิง.....

(ปิยภรณ์ ศรีวรรณ)

หัวหน้างาน/ตึก เภสัชกร(สบ 3) รรท.ท.หน่วยผลิตยาฯ

กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร.

นาย.....ผู้ออกรายการ

(ประพัฒน์ สายัณห์กุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าช่างเครื่องมือแพทย์ รพ.ตร.

พ.ต.อ.หญิง.....ประธานกรรมการ ว่าที่ ร.ต.ท.....กรรมการ

(วราภรณ์ วินัยสุรเทิน)

(ณรงค์ เฟื่องศรี)

ร.ต.ต.หญิง.....กรรมการ

(สุนิตา ไฉมงาม)