

**งานจ้างตรวจด้านอาชีวอนามัยการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจตำแหน่งจระจร
และข้าราชการตำรวจตำแหน่งอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานจระจร ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓**

๑. ข้อกำหนดเฉพาะ

๑.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องสามารถดำเนินการตามแผนการตรวจสุขภาพประจำปีของโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้กำหนดไว้ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนเสร็จสิ้นภารกิจตามแผนการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจ(สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

๑.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องปฏิบัติงานภายใต้การดำเนินงานตามโครงการของโรงพยาบาลตำรวจ อีกทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ต้องปฏิบัติงาน ต้องกระทำการในนามของโรงพยาบาลตำรวจเท่านั้นและโรงพยาบาลตำรวจขอสงวนสิทธิเรื่องจำนวนข้าราชการตำรวจผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีที่ไม่สามารถระบุจำนวนได้อย่างแน่นอนเนื่องจากการแต่งตั้งโยกย้ายประจำปีและภารกิจของข้าราชการตำรวจที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี โดยคิดค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นรายบุคคลตามรายการที่ตรวจจริง

๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่อันผิดพลาดบกพร่องของผู้ประสงค์จะเสนอราคา และเจ้าหน้าที่ของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อโรงพยาบาลตำรวจทุกกรณีทั้งทางแพ่งและอาญา

๑.๔ โรงพยาบาลตำรวจขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลของผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีทุกรายให้เป็นความลับห้ามมิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคานำข้อมูลของข้าราชการตำรวจซึ่งถือเป็นข้อมูลของทางราชการออกไปเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต หากมีความจำเป็นให้ทำหนังสือขออนุญาตและได้รับการอนุญาตเป็นหนังสือจากโรงพยาบาลตำรวจเท่านั้นและให้ทำหนังสือขออนุญาตเป็นกรณีไปมิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการกระทำละเมิดและผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีภายหลัง

๑.๕ ในกรณีที่มีการร้องขอผลการตรวจสุขภาพประจำปีจากข้าราชการตำรวจผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีหรือจากหน่วยงานต้นสังกัดของข้าราชการตำรวจผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆแก่ผู้ร้องขอได้โดยตรงโดยการร้องขอผลการตรวจสุขภาพประจำปีดังกล่าวให้ร้องขอให้ไปยังโรงพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาลตำรวจจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะให้อนุญาตหรือไม่ในทุกกรณี

๒. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแผนการตรวจสุขภาพประจำปีของโรงพยาบาลตำรวจ ที่ได้กำหนดไว้ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนเสร็จสิ้นภารกิจ (ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๓) แผนการตรวจนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

๓. วงเงินในการจัดหา

ผู้เข้ารับการตรวจ กำลังพลรวม ๓,๐๐๐ (สามพัน) ราย (ตัวเลขประมาณการได้จากการสอบถามหน่วยงานต้นสังกัดที่มีที่ตั้งในกรุงเทพมหานคร) วงเงิน ๔,๖๕๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพประจำปีของ ข้าราชการตำรวจตำแหน่งจระจรและข้าราชการตำรวจตำแหน่งอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานจระจรของสถานีตำรวจ

เงื่อนไขประกอบการจ้างตรวจด้านอาชีวอนามัย การตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจตำแหน่งจระจรและข้าราชการตำรวจตำแหน่งอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานจระจร ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

โรงพยาบาลตำรวจPage ๑

พ.ต.อ.....ประธานกรรมการ พ.ต.อ.หญิง.....กรรมการ

(สามารถ ม่วงศิริ)

(ทัศนีย์ รวีภักดิ์)

ร.ต.ท.หญิง.....กรรมการ

(อรรธรณ ชัยจุ่งเจริญสุข)

ราคากลางตรวจสอบรรถภาพทางปอด (Spirometry) รายละ ๑,๑๐๐.-บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และราคากลางตรวจสอบรรถภาพการได้ยิน (Audiometry) รายละ ๔๕๐.-บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมราคากลางรายละ ๑,๕๕๐.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จำนวนเงิน ๔,๖๕๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยคิดค่าใช้จ่ายเป็นรายการตามที่ได้ตรวจจริงและสามารถเบิกได้ตามสัญญา

๔. การตรวจด้านอาชีวอนามัย ได้แก่

การตรวจสอบรรถภาพการได้ยิน และ การตรวจสอบรรถภาพการทำงานของปอด

๕. การตรวจสอบรรถภาพการได้ยิน

๕.๑ ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่จราจร

๕.๒ ราคากลางการตรวจสอบรรถภาพการได้ยิน ราคา ๔๕๐ (สี่ร้อยห้าสิบ) บาท

๕.๓ คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

ผู้ทำการตรวจสอบรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยกเว้นตาม มาตรา ๓๐ ของพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ และจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการ ตรวจสอบรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย ซึ่งหลักสูตรที่อบรมจะต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมง และ ผู้ทำการตรวจมีหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบรรถภาพการได้ยิน ควบคุมคุณภาพด้านเทคนิคการตรวจ ควบคุมปัจจัย สภาพแวดล้อมในการตรวจให้เหมาะสม

๕.๔ เครื่องตรวจสอบรรถภาพการได้ยินประกอบด้วย

๕.๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีเครื่องตรวจสอบรรถภาพการได้ยิน แบบกระเป๋าท้าว มีน้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก อย่างน้อย ๓ (สาม) เครื่อง

๕.๔.๒ คุณภาพของเครื่องตรวจสอบรรถภาพการได้ยินจะต้องผ่านมาตรฐาน ANSI S๓.๖ - ๑๙๙๖ หรือมาตรฐาน ANSI S๓.๖ ปีที่ใหม่กว่า

๕.๔.๓ สามารถตรวจวัดการได้ยินทางอากาศ (Air conduction)

๕.๔.๔ ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microprocessor

๕.๔.๕ มีจอภาพ LCD ขนาดเล็กแสดงความดังที่ใช้ตรวจ

๕.๔.๖ เป็นเครื่องแบบ ๑ ช่องสัญญาณ (Channel)

๕.๔.๗ มีปุ่มปรับความดังและความถี่ขนาดใหญ่

๕.๔.๘ มีปุ่มกดให้สัญญาณเสียงขนาดใหญ่พร้อมไฟบอกสัญญาณ สะดวกในการกด

ปล่อยสัญญาณ

๕.๔.๙ หูฟัง DD ๔๕

๕.๔.๑๐ มีสวิทช์เลือกตรวจวัดการได้ยินที่หูซ้ายหรือหูขวา

๕.๔.๑๑ มีช่องแสดงความถี่ที่ใช้ในการตรวจทางอากาศ (Air conduction) ตั้งแต่ ๑๒๕ -

๘๐๐๐ Hz

๕.๔.๑๒ ความดังที่ใช้ในการตรวจ (Intensity Range)

ความถี่ ๑๒๕ Hz ตั้งแต่ -๑๐ dB ถึง + ๖๐ dB

ความถี่ ๕๐๐-๔,๐๐๐ Hz ตั้งแต่ -๑๐ dB ถึง + ๑๐๐ dB

ความถี่ ๒๕๐ และ ๘,๐๐๐ Hz ตั้งแต่ -๑๐ dB ถึง + ๘๐ dB

เงื่อนไขประกอบการจ้างตรวจด้านอาชีวอนามัย การตรวจสอบสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจตำแหน่งจราจรและข้าราชการตำรวจตำแหน่งอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานจราจร ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

พ.ต.อ.....ประธานกรรมการ พ.ต.อ.หญิง.....กรรมการ
(สามารถ ม่วงศิริ) (ทัศนีย์ รวีภักดิ์)

ร.ต.ท.หญิง.....กรรมการ
(อรรณพ ชัยจงเจริญสุข)

- ๕.๔.๑๓ ขึ้นความดัง: สามารถเพิ่มหรือลดระดับเสียงได้ขึ้นละ ๕ dB
๕.๔.๑๔ เลือกสัญญาณเสียง Pure tone แบบ Steady, Warble tone (FM), Pulse
๕.๔.๑๕ สามารถเลือกต่อสวิทช์ให้ผู้รับบริการกดตอบกลับและแสดงสัญญาณไฟตอบกลับบนเครื่องได้
๕.๔.๑๖ ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิรตซ์ หรือแบตเตอรี่ AA
๕.๔.๑๗ ในกรณีใช้แบตเตอรี่ มีสัญญาณแจ้งเตือนกรณีแบตเตอรี่อ่อน

๖. การตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของปอด

- ๖.๑ ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่จราจร
๖.๒ ราคากลางการตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของปอด ราคา ๑,๑๐๐ (หนึ่งพันหนึ่งร้อย) บาท
๖.๓ คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ผู้ทำการตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของปอดในงานอาชีพอาชีวอนามัย จะต้องจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเป็นอย่างน้อย และผ่านการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบไปโรเมตรี โดยหลักสูตรที่เข้ารับการอบรมควรมีระยะเวลาอย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมง ผู้ทำการตรวจมีหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของปอด ควบคุมคุณภาพด้านเทคนิค และคุณภาพด้านการควบคุมการติดต่อ
๖.๔ เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพปอดประกอบด้วย
๖.๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีเครื่องตรวจสอบสมรรถภาพปอดระบบดิจิทัลอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ มีกระเป๋าทึบขนาดเล็ก มีน้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก อย่างน้อย ๓ (สาม) เครื่อง
๖.๔.๒ คุณภาพของเครื่องตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของปอดจะต้องมีมาตรฐานความแม่นยำในการตรวจ (Accuracy) ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานของ American Thoracic Society / European Respiratory Society Task Force (ATS/ERS) ปี ค.ศ. ๒๐๐๕
๖.๔.๓ มีจอภาพที่สามารถแสดงผลการตรวจวัด และรูปภาพกราฟได้
๖.๔.๔ มีระบบพิมพ์ผลการตรวจวัดลงบนกระดาษบันทึกผลอยู่ภายในตัวเครื่อง
๖.๔.๕ เป็นเครื่องสามารถใช้งานกับไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิรตซ์ และไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ภายในเครื่องได้
๖.๔.๖ มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๕.๗ นิ้ว ชนิด LCD color หรือ LED สามารถแสดงผลข้อมูลได้ทั้งตัวอักษร ตัวเลข, รูปภาพกราฟ และสามารถพับเปิด - ปิด และปรับมุมมองของจอภาพได้
๖.๔.๗ มีแป้นพิมพ์สำหรับป้อนข้อมูลมีทั้งเป็นแบบตัวอักษร และตัวเลข
๖.๔.๘ ใช้ระบบการตรวจวัดแบบ Bi-direction digital turbine ตามมาตรฐาน ATS

๒๔/๒๖

๖.๔.๙ สามารถเลือกทำการตรวจสอบสมรรถภาพปอดได้ดังนี้ FVC, FEV๑, FEV๑/FVC%, FEV๒, FEV๑/FEV๒%, PEF, FEV๒๕%, FEV๕๐%, FEV๗๕%, FEV๒๕-๗๕%, FET, Vext, FIVC, FIV๑, FIV๑/FIVC%, PIF, *FVC, *FEV๑, *PEF, VC, IVC, IC, ERV, FEV๑/VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/t-tot, VT/ti, MVV

เงื่อนไขประกอบการจ้างตรวจด้านอาชีวอนามัย การตรวจสอบสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจตำแหน่งจราจรและข้าราชการตำรวจตำแหน่งอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานจราจร ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

โรงพยาบาลตำรวจPage ๓

พ.ต.อ. ประธานกรรมการ พ.ต.อ.หญิง กรรมการ

(สามารถ ม่วงศิริ)

(ทัศนีย์ รวีภักดิ์)

ร.ต.ท.หญิง กรรมการ

(อรรพรรณ ชัยจงเจริญสุข)

๖.๔.๑๐ ระบบการบันทึกผลเป็นแบบใช้หัวบันทึกด้วยความร้อนลงบนกระดาษบันทึกผลแบบม้วน

๖.๔.๑๑ มีช่องเสียบแกนหลอดเป่าตรวจสมรรถภาพปอดขนาด ๓๐ มิลลิเมตร

๖.๔.๑๒ มีข้อต่อสัญญาณแบบ USB และ RS ๒๓๒

๗. การสรุปและการรายงานผลการตรวจด้านอาชีวอนามัย

๗.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งข้อมูลผลการตรวจด้านอาชีวอนามัยแต่ละนายให้โรงพยาบาล ดำเนินการตรวจสอบโดยส่งเป็นไฟล์ EXCEL ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบของโรงพยาบาลที่กำหนดภายใน ๒ (สอง) วัน นับตั้งแต่วันเสร็จสิ้นการตรวจด้านอาชีวอนามัย ณ หน่วยบริการ

๗.๒ ระยะเวลาในการดำเนินการตรวจด้านอาชีวอนามัยและรายงานผลการตรวจทั้งหมดรวมระยะเวลา ๑๓๐ วัน

๘. การดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

๘.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องดำเนินการจัดทำเอกสารส่งมอบงานพร้อมผลการตรวจด้านอาชีวอนามัยในการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจตำแหน่งจเรและข้าราชการตำรวจตำแหน่งอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานจเร อย่างครบถ้วนส่งให้โรงพยาบาลตำรวจตรวจสอบความถูกต้องและเมื่อโรงพยาบาลตำรวจยืนยันความถูกต้องแล้วผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้และรายละเอียดประกอบการแจ้งหนี้ให้โรงพยาบาลตำรวจภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการยืนยันความถูกต้องเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายค่าตรวจด้านอาชีวอนามัยในการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจตำแหน่งจเรและข้าราชการตำรวจตำแหน่งอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานจเร ให้เป็นไปตามจำนวนผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีรายบุคคลโดยคิดค่าใช้จ่ายตามจริงตามสัญญา

๘.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งใบแจ้งหนี้โดยรวมการเบิกจ่ายค่าตรวจด้านอาชีวอนามัยในการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจตำแหน่งจเรและข้าราชการตำรวจตำแหน่งอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานจเร เป็นรายหน่วย (โดยแยกค่าใช้จ่ายเป็นรายสถานีและรายหน่วยงาน แต่ให้อยู่ภายในหน่วยงานต้นสังกัดเดียวกัน) กรณีที่เป็นหน่วยงานนอกสังกัดหรือช่วยราชการให้เบิกตามหน่วยงานต้นสังกัด นั้น ๆ

๘.๓ โรงพยาบาลตำรวจจะชำระค่าใช้จ่าย ในการตรวจด้านอาชีวอนามัยในการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจตำแหน่งจเร และข้าราชการตำรวจตำแหน่งอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานจเร หลังจากตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ ภายใน ๖๐ (หกสิบ) วัน นับจากวันที่โรงพยาบาลตำรวจได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทำสำเร็จเสร็จสิ้นและได้รับการยืนยันจากหน่วยที่ได้รับการตรวจนั้นๆ และผลงานของผู้ประสงค์จะเสนอราคาปรากฏตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ

๙. เงื่อนไขอื่นๆ

๙.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกรายการที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจด้านอาชีวอนามัย ในการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจ ตามที่โรงพยาบาลตำรวจกำหนด

๙.๒ หากในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสุขภาพประจำปีของผู้ประสงค์จะเสนอราคา เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการตรวจด้านอาชีวอนามัย ของผู้ประสงค์จะเสนอราคาเกิดการชำรุด เสียหาย หรือขัดข้อง

เงื่อนไขประกอบการจ้างตรวจด้านอาชีวอนามัย การตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจตำแหน่งจเรและข้าราชการตำรวจตำแหน่งอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานจเร ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

โรงพยาบาลตำรวจPage ๔

พ.ต.อ. ประธานกรรมการ พ.ต.อ.หญิง กรรมการ

(สามารถ ม่วงศิริ)

(ทัศนีย์ รวีภักดิ์)

ร.ต.ท.หญิง กรรมการ

(อรรณณ ชัยจงเจริญสุข)

ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ไม่ว่าจะเป็นด้วยความผิดของผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือไม่ก็ตาม ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การตรวจด้านอาชีวอนามัย ที่มีคุณภาพ คุณสมบัติ มาตรฐาน และประสิทธิภาพ ไม่ต่ำกว่าของเดิมมาใช้ปฏิบัติงานตรวจสอบสุขภาพประจำปีทดแทนเครื่องมือและอุปกรณ์เดิมตามแผนการตรวจสอบสุขภาพประจำปีที่กำหนดในทันที และจะเลื่อนแผนการตรวจสอบสุขภาพประจำปีไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากโรงพยาบาลตำรวจแล้วเท่านั้น

๙.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องไม่เอางานส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดตามสัญญาไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากโรงพยาบาลตำรวจ

๙.๔ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคากระทำความผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งทางโรงพยาบาลตำรวจจะดำเนินการปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคาค่าจ้างตรวจด้านอาชีวอนามัย การตรวจสอบสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่จราจรตามสัญญา นอกจากนี้ผู้ประสงค์จะเสนอราคายินยอมให้โรงพยาบาลตำรวจเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามีสัญญา เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

๙.๕ หากมีการปรับเกินร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของราคาค่าจ้างตรวจด้านอาชีวอนามัยการตรวจสอบสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่จราจร โรงพยาบาลตำรวจขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญา

๙.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดบกพร่องหรือความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากกระบวนการตรวจด้านอาชีวอนามัย ในการตรวจสอบสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจที่เกิดจากการกระทำของผู้ประสงค์จะเสนอราคาและหรือบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้แก่สถานีตำรวจและหน่วยงานที่รับบริการตรวจสอบสุขภาพประจำปี และ/หรือโรงพยาบาลตำรวจในทุกกรณี

เงื่อนไขประกอบการจ้างตรวจด้านอาชีวอนามัย การตรวจสอบสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจตำแหน่งจราจรและข้าราชการตำรวจตำแหน่งอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานจราจร ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

โรงพยาบาลตำรวจPage ๕.

พ.ต.อ.....ประธานกรรมการ พ.ต.อ.หญิง.....กรรมการ

(สามารถ ม่วงศิริ)

(ทัศนีย์ รวีภักดิ์)

ร.ต.ท.หญิง.....กรรมการ

(อรรณณ ชัยจงเจริญสุข)